

令和3年度精密濁度計

点検業務委託仕様書

1 目的

この仕様書は、佐賀東部水道企業団北茂安浄水場（以下「甲」という。）が管理している測定機器について、その設置目的を十分に達成するために必要な保守点検業務として委託する内容とこれを受託する者（以下「乙」という）の業務の内容等について定めるものとする。

2 工事場所

佐賀県三養基郡みやき町大字江口3986-1 北茂安浄水場 水質試験室

3 保守点検委託業務の内容等

(1) 対象機器

精密濁度計 日本電色工業製 NP6000T

(2) 保守点検委託業務の内容

保守点検委託業務の内容は、次のとおりとする。

- ア) 本体の点検及びクリーニング作業
 - イ) 周辺機器の点検作業
 - ウ) 総合テスト
 - エ) 交換部品
- 別紙「交換部品」参照

(3) 保守点検の方法

- ア) 乙は、この仕様書に基づいて保守点検を行うにあたっては、日本工業規格、電気設備に関する技術基準、その他の関係法令及び当該機器制作者の定める保守点検方法等に準拠し、誠実に履行するものとする。
また、甲が特に指示する事項があった場合、乙はその指示に従うものとする。

- イ) 当該機器の保守点検を実施したときは、その結果をそのつど、甲に口頭で報告するほか、保守点検結果報告書を速やかに甲に提出するものとする。

交換部品

品名
配管チューブ
検出管ユニット
流量バルブユニット
除湿器
吸引ポンプ